



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83

tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63

NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Znak sprawy: ZP/BZLR/0010/2024

Jaworze, 29.04.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 6

Dotyczy: Część II zamówienia: Zakup i dostawa aparatu wielofunkcyjnego.

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający, wymaga w wyposażeniu aparatu sondy IR 400 mW do laseroterapii?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dookreśla, iż wymaga również aby w skład wyposażenia aparatu wielofunkcyjnego wchodziła: sonda IR 400 mW/808 nm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 3 załącznika nr 3B do ZO stanowiącego załącznik nr ... do umowy nr ZP/.../2024.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wymaga okularów ochronnych 2 szt, do laseroterapii?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dookreśla, iż wymaga również aby w skład wyposażenia aparatu wielofunkcyjnego wchodziły: okulary ochronne 2 szt. do laseroterapii.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 3 załącznika nr 3B do ZO stanowiącego załącznik nr ... do umowy nr ZP/.../2024.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający pisząc aplikator płaski pola magnetycznego, wymaga kompletu aplikatorów płaskich pola magnetycznego 2 szt.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dookreśla, iż wymaga również aby w skład wyposażenia aparatu wielofunkcyjnego wchodził: komplet aplikatorów płaskich pola magnetycznego 2 szt.

Zamawiający,