



Jaworze, 25.07.2025 r.

Znak sprawy: ZP/BZLR/0023/2025

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści 8-tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na 8-tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zmienia się treść §4 „Termin wykonania” wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ZO z:

„§ 4

Termin wykonania

Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany **w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy do dnia r.”**

na:

„§ 4

Termin wykonania

Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany **w terminie do 56 dni od dnia podpisania umowy do dnia r.”**

oraz zmianie ulega załącznik nr 1 do ZO – formularz ofertowy z:

„2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy.”

na:

„2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia do 56 dni od dnia podpisania umowy.”

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80-120 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z elementami lakierowanymi proszkowo w kolorze szarym lub białym oraz blatami szafki w dostępnej kolorystyce 12 kolorów?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO - drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o szerokości 620 mm (wraz ze złożonym blatem bocznym)?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o głębokości 46 cm (wraz z uchwytami do otwierania)?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości całkowitej 80 cm, co nie wpływa na funkcjonalność szafki?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wymiarach SxGxW: 570x430x830 mm? Nadmieniamy, że różnice w wymiarach są minimalne.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową o wymiarach SxGxW: 570x430x830 mm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił zmianę parametrów w załączniku nr 3A do ZO, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZP/.../2025 w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru”.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 750-1060 mm? Nadmieniamy, że jest to zakres lepszy od wymaganego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 750-1060 mm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił zmianę parametrów w załączniku nr 3A do ZO, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZP/.../2025 w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady wysuwane obustronnie, co umożliwia postawienie szafki z prawej lub lewej strony (szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych) z wolną przestrzenią na dodatkowe rzeczy pacjenta m.in. na gazety/czasopisma między szufladami oraz z półką znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z metalowej, lakierowanej siatki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową wyposażoną w dwie szuflady wysuwane obustronnie oraz z półką znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z metalowej, lakierowanej siatki. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił zmianę parametrów w załączniku nr 3A do ZO, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZP/.../2025 w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru”.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 600x351mm?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego 775-1056 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 775-1056 mm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił zmianę parametrów w załączniku nr 3A do ZO, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZP/.../2025 w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametru”.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści szuflady malowane proszkowo w kolorze bieli szpitalnej? Szafka posiada możliwość wyboru kolorystyki tylko blatu głównego i bocznego spośród 2 dostępnych kolorów?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO - drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści wymiary szafki 566x466x964mm?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła o średnicy 75 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

PYTANIE NR 1:

Zwracam się z prośbą, o zmianę zapisu w umowie: §7 Dotyczy części II pkt 12 na: „W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania oraz wymagań parametrów technicznych) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania

sprzętu, jednak **nie rzadziej niż jeden raz w roku**, w siedzibie Zamawiającego. Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu z wykonanych czynności do paszportu technicznego z wykonanych czynności.” Bez tego zapisu Wykonawca nie jest w stanie określić górnego limitu ilości przeglądów gwarancyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu w §7 pkt. 12 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

W związku z powyższym zmienia się treść §7 pkt. 12 „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ZO z:

„§ 7

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania oraz wymagań parametrów technicznych) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu, jednak **nie rzadziej niż jeden raz w roku**, w siedzibie Zamawiającego. Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu z wykonanych czynności do paszportu technicznego z wykonanych czynności.”

na:

„§ 7

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

12. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania oraz wymagań parametrów technicznych) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu, jednak **nie rzadziej niż jeden raz w roku**, w siedzibie Zamawiającego. Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu z wykonanych czynności do paszportu technicznego z wykonanych czynności.”

Zamawiający