



## BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO – REHABILITACYJNY

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83

tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63

NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

[www.rehabilitacja-jaworze.com.pl](http://www.rehabilitacja-jaworze.com.pl)

e-mail: [bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl](mailto:bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl)

---

Znak sprawy: ZP/BZLR/0018/2026

Jaworze, 21.05.2026 r.

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

#### PYTANIE NR 1:

Zamawiający wskazuje w załączniku 3 A w opisie przedmiotu zamówienia **Zakres ruchu stawu biodrowego: 0° – 120° (+/-1%)**.

Nasze pytanie brzmi „**Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zakresu ruchu stawu biodrowego: od 25° do 100° (+/-1%)?**”

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach **zakresu ruchu stawu biodrowego od 25° do 100° (+/-1%)**.

Zamawiający



Województwo  
Śląskie

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego